



Stem of the Hospital of S. Maria della Misericordia of Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Via Martiri 28 Marzo, 35 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 – Sito Internet: www.ospedale.perugia.it

DIREZIONE ACQUISTI ED APPALTI
UFFICIO ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE
ATTREZZATURE ED ALTRI BENI
Tel. 075/5786140 – Fax 075/5783374



Perugia, 15.10.2018

Spett.le
C.F. di **CIRO FIOCCHETTI & C. SNC**

Pec: fiocchetti@pec.it

OGGETTO: procedura negoziata per la fornitura, suddivisa in lotti, di apparecchiature refrigeranti mediante richiesta di offerta su Me.PA. da destinare al Servizio di Patologia Clinica [CIG: Z3F2429CA1] – Lotto 2: comunicazione di esclusione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 29 e 76 co.5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che, ai fini del completamento della procedura di aggiudicazione, ai sensi della “Lex specialis” di gara contenuta nel “Disciplinare di gara”, si è proceduto alla verifica della idoneità tecnica intesa come verifica della corrispondenza dell’offerta alle specifiche tecniche poste in gara (art. 6 “Disciplinare di gara”).

Pertanto, come rilevabile dal verbale di gara n. 2 del 11/10/2018, a seguito della suddetta verifica di idoneità e congruità, la Vs. Spett.le ditta non è stata ammessa al prosieguo della gara per il Lotto 2 per i motivi di seguito riportati:

«... la fornitura relativa al Lotto 2) della ditta Fiocchetti risulta “non idonea”, in quanto non conforme al disciplinare di gara che specifica che lo spessore di isolamento richiesto è di 80 mm. e non 60 mm. »

Pertanto, per le motivazioni di cui sopra e come previsto dall’art. 6 del “disciplinare di gara”, il RUP ha dichiarato che la Vs. Spett.le Ditta risulta esclusa dalla gara.

La presente comunicazione viene resa ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 29 e 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.

Distinti saluti.

IL RUP
(Ing. Marco Ercolanelli)

CN/ml