



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: O Direzione Generale e Sede Ammin.va: Via Martiri 28 Marzo, 35 – Villa Capitini –
06132PERUGIA

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO INDETTA AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 48 MESI, DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA NECESSARIO PER LA DIAGNOSI DI HELICOBACTER PYLORY E INTOLLERANZA AL LATTOSIO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LE NECESSITA' DEL SERVIZIO DI PATOLOGIA CLINICA ED EMATOLOGIA

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	Siamo a richiedere se è possibile rispondere alla vostra consultazione solo con il parametro Helicobacter pylori r con uno strumento con caratteristica alternative rispetto a quello riportate nell'avviso della consultazione	1)NOI ABBIAMO NECESSITA' DI ENTRAMBI I TEST 2)-SI ACCETTA L'EQUIVALENZA DIAGNOSTICA CHE VERRA' VALUTATA DA CLINICI ESPERTI -IL LOTTO E' UNICO L'OPERATORE DEVE OFFRIRE ENTRAMBI I TEST RICHIESTI
2	Si chiedono i seguenti chiarimenti: -In merito al test per l'intolleranza al lattosio, si richiede l'equivalenza diagnostica per il test basato sulla rilevazione dell'incremento di idrogeno e metano nell'espriato, come da linee guida italiane ed europee. -Si richiede la stesura della gara in due lotti separati, uno per l'urea breath test e uno per il test dell'intolleranza al lattosio, in modo da dare l'opportunità a più aziende di partecipare	3) FERMO RESTANDO IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA SI CONFERMA QUANTO RIPORTATO NELL'AVVISO SI CONFERMA L'AGGIUDICAZIONE A LOTTO UNICO
3	A seguito della Vs. consultazione preliminare di mercato mirata all'acquisizione, in fase successiva mediante gara pubblica, di un sistema diagnostico con tecnologia NDIR o in alternativa spettrometria di massa e relativo materiale di consumo, la scrivente essendo l'unica azienda a commercializzare un farmaco a base di Urea 13C per l'esecuzione dell'Urea Breath Test per la diagnosi dell'infezione da helicobacter pylori tramite la somministrazione di 2 compresse da 37,5 mg, chiede la motivazione per la quale il nostro prodotto (UNICO E SOLO SUL MERCATO) venga inspiegabilmente ed automaticamente escluso come da Voi indicato "pena esclusione". La nostra specialità farmaceutica è regolarmente registrata (così come richiesto) e	



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: O Direzione Generale e Sede Ammin.va: Via Martiri 28 Marzo, 35 – Villa Capitini –
06132PERUGIA

possiede tutte le caratteristiche "equivalenti" a qualsiasi formulazione o dosaggio attualmente sul mercato ed ha come VANTAGGIO quello di poter abbreviare significativamente il tempo di reazione da 30 minuti a soli 10 minuti. Grazie alle sue piccole dimensioni (essendo divisa in 2 compresse, per un totale di 75mg) è facilitata la deglutizione, non è necessaria la diluizione in acqua con notevoli riduzioni delle procedure di preparazione ed è praticamente pronta all'uso in quanto va semplicemente ingerita. È di fatto idonea e validata alla stregua di qualsiasi altro farmaco.

Per i motivi sopra elencati chiediamo che il requisito "monodose" venga eliminato, lasciando alla scrivente la possibilità di partecipare.

In contrapposizione a quanto sopra richiesto e descritto, per quanto concerne il test per intolleranza al lattosio, siete invece a chiedere espressamente un prodotto a base di lattosio marcato 13C (prodotto esclusivo della ditta AB Analitica) per lo studio del malassorbimento, da analizzare su spettrometro di massa con campionatore da provetta e/o su sistema NDIR (anch'esso con campionatore da provetta), anche quest'ultimo distribuito esclusivamente dalla ditta AB Analitica.

Così come è noto, gli operatori economici in grado di partecipare sono solo tre, inclusa la ditta Ab Analitica, ma queste caratteristiche restrittive non lasciano alcuno spazio alle altre aziende che sono in grado di fornire strumentazione, farmaco a base di Urea 13C e test per intolleranza al lattosio, con caratteristiche uguali o addirittura superiori.

Chiediamo quindi la riformulazione del presente avviso in forma diversa, il quale non escluderebbe il Vostro attuale fornitore (AB Analitica) che dispone comunque di strumentazione adeguata e paritaria agli altri operatori economici.



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA

Sede Legale: O Direzione Generale e Sede Ammin.va: Via Martiri 28 Marzo, 35 – Villa Capitini – 06132PERUGIA

--	--	--

[Handwritten signature]